

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

postępowanie nr A120-211-72/14/MR

L.dz. A120-...³⁴⁸.../14/MR

Gdańsk, dnia 2014-06-04 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW,
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ I ZAŁĄCZNIKA 2a do SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-72/14/MR na Dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego według części I i II dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ogłoszonego w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 06.05.2014 roku pod numerem 2014/S 087-152308.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

1. Dotyczy § 3 ust. 1 umowy - część I

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 3 ust. 1 umowy w ten sposób, że maksymalny czas naprawy będzie liczony w dniach roboczych zamiast w dniach kalendarzowych, oraz dodany zostanie do niego zapis: „W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub odesłania sprzętu do producenta, maksymalny czas naprawy wynosi 21 dni roboczych.”?

Uzasadnienie:

Przewidziane przez Zamawiającego w tym punkcie terminy reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę są liczone w dniach roboczych, w związku z czym w ten sam sposób powinien być liczony termin na naprawę. Dodatkowo, wnosimy o wydłużenie terminu naprawy do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub odesłania sprzętu do producenta. Wykonawca nie jest bowiem w stanie przechowywać w magazynie wszystkich możliwych części, które mogą ulec awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 umowy - część I

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 umowy w ten sposób, że wysokość kar umownych zostanie zmniejszona z 0,5 % do 0,1 %?

Uzasadnienie:

Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnej zwłoki, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 umowy - część I


Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 umowy w ten sposób, że kary umowne nie będą liczone od należności brutto określonej w § 5 ust. 2 umowy, a od wartości sprzętu, którego dotyczy opóźnienie?

Uzasadnienie

Nieuzasadnione jest obliczanie kary umownej od wartości całej umowy, w sytuacji gdy zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad będzie dotyczyła pojedynczego elementu, a nie wszystkich elementów objętych umową. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

postępowanie nr A120-211-72/14/MR

4. Dotyczy § 7 ust. 4 umowy - część I

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 7 umowy ustępu 4 o treści: „Łącznie wysokość kar umownych nie może być wyższa niż 10 % kwoty określonej w § 5 ust. 2 umowy.”?

Uzasadnienie

Łącznie naliczone kary umowne nie powinny przekraczać 10 % wartości umowy, gdyż umowa straci wówczas rentowność dla Wykonawcy. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dotyczy część I: punkt II

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o stabilności temperatury mierzonej w geometrycznym środku komory w $\pm 105^{\circ}\text{C}$ odpowiednio $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

6. Dotyczy część I: punkt V: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli wyposażenie - po 8 adapterów do probówek 13x100 mm (pojemność 4-7 mL) dla każdej sztuki wirówki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga po 8 adapterów do każdej wirówki.

7. Dotyczy część I: punkt VII: Czy Zamawiający dopuści przenośny konduktometr zasilany 3 bateriami 1,5 V AAA przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

8. Dotyczy część I: punkt XXI: Czy Zamawiający dopuści generator wodoru o ciśnieniu regulowanym w zakresie od 0.3-689 bar (5-100 psi) przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i załącznika nr 2a do SIWZ.

Zakres modyfikacji SIWZ:

1. Rozdział IX pkt. 10 SIWZ: zmiana terminu składania ofert - z dnia 23.06.2014r. na dzień 2014-06-30 roku.
2. Rozdział X pkt. 1 i 7 SIWZ: zmiana terminu składania i otwarcia ofert - z dnia 23.06.2014r. na dzień 2014-06-30 roku.

Zakres modyfikacji załącznika nr 2a do SIWZ, część I pkt. II:

BYŁO: Stabilność temperatury mierzona w geometrycznym środku komory w $+105^{\circ}\text{C}$ – odpowiednio $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

POWINNO BYĆ: Stabilność temperatury mierzona w geometrycznym środku komory w $+105^{\circ}\text{C}$ – odpowiednio $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$.

Zakres modyfikacji załącznika nr 2a do SIWZ część I pkt.V

BYŁO: Wyposażenie: - 8 adapterów do probówek 13x100 mm (pojemność 4-7 mL)

POWINNO BYĆ: Wyposażenie: -po 8 adapterów do probówek 13x100 mm (pojemność 4-7 mL) do każdej wirówki.

Zakres modyfikacji załącznika nr 2a do SIWZ część I pkt.VIII


BYŁO: Bateria: 4 x 1.5 V

POWINNO BYĆ: Bateria: zasilanie bateriami 1.5 V

Zakres modyfikacji załącznika nr 2a do SIWZ część I pkt.XXI

BYŁO: Ciśnienie regulowane w zakresie co najmniej 0-6,89 bar (0-100 psi)

POWINNO BYĆ: Ciśnienie regulowane w zakresie co najmniej 0.3-6,89 bar (0-100 psi)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

postępowanie nr A120-211-72/14/MR

Załączniki:

1. SIWZ po modyfikacji z dnia 2014-06-04 roku.
2. Załącznik nr 2a do SIWZ po modyfikacji z dnia 2014-06-04 roku.

Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.
Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem.

REKTOR

prof. dr hab. Bernard Lammek

1944-45