

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1A
80 – 952 Gdańsk

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania nr **A120-211-97/14/ZZ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją: część I – spektrofotometru UV – VIS jednowiązkowego z wbudowanym ekranem ciekłokrystalicznym i oprogramowaniem wewnętrznym, część II – autosamplera – automatycznego podajnika próbek dla Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	16.05.2014r.	<p>Dotyczy części I – dostawa wraz z instalacją – spektrofotometru UV – VIS jednowiązkowego z wbudowanym ekranem ciekłokrystalicznym i oprogramowaniem wewnętrznym.</p> <p>Czy Zamawiający dopuści ofertę spektrofotometru bez wbudowanego ekranu ciekłokrystalicznego, sterowanego z zewnętrznego komputera? Oprogramowanie komputerowe spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.</p>	Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości, spektrofotometr powinien mieć wbudowany ekran ciekłokrystaliczny.
<p>Termin składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian: termin składania ofert do 27.05.2014r. do godz.11:00 otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2014r o godz. 11:15</p>			

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Zbigniew Zderski