

Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
Ul Bażyńskiego 1A
80-952 Gdańsk

Gdańsk, dnia 11.07.2014r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-137/14/WW na dostawę aparatury naukowej wg części I-V.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.

1. A. Pytania Wykonawców do części I – mieszadła magnetyczne z płytą grzejną – 3 sztuki oraz części V – wytrząsarki laboratoryjne – 2 sztuki:

1. Dotyczy § 3 ust. 8 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy dla części I i V w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub odesłania sprzętu do producenta do 21 dni roboczych?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie jest w stanie przechowywać w magazynie wszystkich możliwych części, które mogą ulec awarii dlatego też w przypadku ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta czas naprawy może wynieść nawet 21 dni roboczych.

B. Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy dla części I i V do 21 dni roboczych

2. A. Pytania Wykonawców do części V – wytrząsarki laboratoryjne – 2 sztuki:

1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o ruchu obrotowym o parametrach w następujących punktach specyfikacji, które zostaną potwierdzone specyfikacją techniczną producenta oferowanej aparatury:

Ad. 4. Tryb pracy 0-120 min

Ad. 6 Zasilanie 230 V, 50/60Hz, moc 115W

Ad. 9 Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x głęb. x wys) 426x135x435 mm

Ad. 12 Ciężar max. 10 kg.

B. Odpowiedzi Zamawiającego:

- 1 Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia o takich parametrach.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT
ds. zamówień publicznych

mgr Wojciech Witkowski