

Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bażyńskiego 1A
80-952 Gdańsk

Gdańsk, dnia 14.07.2014r

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-137/14/WW na dostawę aparatury naukowej wg części I-V.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.

1. A. Pytania Wykonawców do części I – mieszadła magnetyczne z płytą grzelną – 3 sztuki:

1. Czy Zamawiający dopuści mieszadło z płytą grzejną z aluminium pokrytą warstwą ceramiczną zapewniającą doskonałe przewodnictwo cieplne?
2. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z prędkością 50-200 rpm?
3. Czy Zamawiający dopuści mieszadło o wymiarach 191 x 330 x 101 mm?
4. Czy Zamawiający dopuści mieszadło o wadze 3,5 kg?

B. Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Tak, Zamawiający dopuści.
2. Nie, Zamawiający nie dopuści.
3. Nie, Zamawiający nie dopuści.
4. Tak, Zamawiający dopuści.

2. A. Pytania Wykonawców do części III – suche bloki grzejne – 2 sztuki:

1. Czy Zamawiający dopuści suchy blok grzejny z dokładnością temperatury:
 - w zakresie od 40-100°C: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
 - w zakresie 40°C: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
 - w zakresie 120°C: $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$?
2. Czy Zamawiający dopuści blok grzejny z wyświetlaczem LED?
3. Czy Zamawiający dopuści blok grzejny z ustawianiem czasu w zakresie 1 min -99h 59 min ?
4. Czy Zamawiający dopuści blok grzejny o wymiarach 24 x 28 x 11 cm?
5. Czy Zamawiający dopuści bloki o wymiarach: 9,6 x 9,6 x 4,9 cm?
6. Czy Zamawiający dopuści blok grzejny o mocy 400W?

B. Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Nie, Zamawiający nie dopuści.
2. Tak, Zamawiający dopuści.
3. Nie, Zamawiający nie dopuści.
4. Nie, Zamawiający nie dopuści.
5. Nie, Zamawiający nie dopuści.
6. Nie, Zamawiający nie dopuści.

3. A. Pytania Wykonawców do części V – wytrząsarki laboratoryjne – 2 sztuki:

Wytrząsarka kołyskowa - 1sztuka:

1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z kątem nachylenia $\pm 9^\circ$?
2. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wymiarach zewnętrznych 290 x 210 x 167 mm?
3. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o mocy 35W?

Wytrząsarka o ruchu obrotowym - 1 sztuka:

1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o max. obciążeniu 6 kg?
2. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o zakresie prędkości: 45-400 rpm?
3. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o trybie pracy 0-99 godzin?
4. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z amplitudą 28 mm?
5. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wymiarach zewnętrznych: 430 x 140 x 520 mm?
6. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o ciężarze 17 kg?
7. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z platformą o wymiarze 350 x 350 mm?
8. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o prędkości regulowanej w zakresie 10-300 rpm?
9. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wymiarach zewnętrznych: 410 x 150 x 490 mm?
10. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o prędkości regulowanej w zakresie 10-350 rpm?
11. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wymiarach zewnętrznych: 470 x 115 x 490 mm?
12. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o ciężarze 28 kg?
13. Dot. części V - wytrząsarki laboratoryjne - 2 sztuki:
Ad.4 Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o ruchu obrotowym o trybie pracy od 0-120 min/praca ciągła?
Ad.6 Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o ruchu obrotowym o mocy 115W?
Ad.9 Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o ruchu obrotowym o wymiarach zewnętrznych nie większych niż (szer. x głęb. x wys.) 426x135x435 mm?
Ad.12 Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o ruchu obrotowym o ciężarze max. 10 kg?

B. Odpowiedzi Zamawiającego:


Wytrząsarka kołyskowa - 1sztuka:

1. Tak, Zamawiający dopuści.
2. Nie, Zamawiający nie dopuści.
3. Nie, Zamawiający nie dopuści.

Wytrząsarka o ruchu obrotowym - 1 sztuka:

1. Nie, Zamawiający nie dopuści.
2. Nie, Zamawiający nie dopuści.
3. Nie, Zamawiający nie dopuści.
4. Nie, Zamawiający nie dopuści.
5. Nie, Zamawiający nie dopuści.
6. Nie, Zamawiający nie dopuści.
7. Nie, Zamawiający nie dopuści.
8. Nie, Zamawiający nie dopuści.
9. Nie, Zamawiający nie dopuści.
10. Nie, Zamawiający nie dopuści.
11. Nie, Zamawiający nie dopuści.
12. Nie, Zamawiający nie dopuści.
13. Tak, Zamawiający dopuści.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT
ds. zamówień publicznych

mgr Wojciech Witkowski