

Gdańsk, dnia 07.08.2014

Ogłoszenie o wyniku postępowania w części II.

UNIwersytet GDAŃSKI

ul. Bażyńskiego 1A  
80-952 Gdańsk  
tel.(0-58) 523-23-20  
fax.(0-58) 552-37-41

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy o wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr A120-211-137/14/WW na dostawę aparatury naukowej, ogłoszonego w dniu 08.07.2014 w BZP, nr ogłoszenia 147455 - 2014 wg części:

- I. mieszała magnetyczne z płytą grzejącą - 3 szt.,
- II. miniwirówki - 2 szt.,
- III. suche bloki grzejne - 2 szt.,
- IV. wytrząsarki o ruchu okrężno-drgającym typu vortex - 2 szt.,
- V. wytrząsarki laboratoryjne - 2 szt.

W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena oferty.

**W części II:**

Złożono 3 oferty, odrzucono 1 ofertę, zwrócono bez rozpatrywania 0.

**Oferta nr 3:**

A.G.A. Analytical Agnieszka Bielińska, ul. Nowoursynowska 121D, 02-797 Warszawa.  
Ilość otrzymanych punktów: 9,90.

**Oferta nr 4:**

A-Biotech M.Zemanek-Zboch Sp.j., ul. Strzegomska 260A/4, 54-432 Wrocław.  
Ilość otrzymanych punktów: 10,00.

**Oferta nr 5 – oferta odrzucona:**

Alchem Grupa Sp. z o. o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń.

**Podstawa prawna:**

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wezwał Wykonawcę – Alchem Grupa Sp. z o. o., ul. Połna 21, 87-100 Toruń – do wyjaśnienia treści oferty złożonej dla części II postępowania – dostawy mikrowirówek – 2 sztuki.

W rozdziale V pkt 3 ppkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żądał dołączenia do oferty specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu, której autentyczność musiała zostać poświadczona przez Wykonawcę. Z treści specyfikacji technicznej, dołączonej do oferty przez Wykonawcę nie wynikało, czy oferowane miniwirówki spełniają parametry wymagane w załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj.:

- w punkcie 4. części II załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał: „obroty: (...) rotor na próbówki 0,2 ml 6200 rpm.”

W specyfikacji wirówki IKA mini G (strona 16 oferty) dołączonej przez Wykonawcę do oferty wskazana jest jedynie stała prędkość: 6000 rpm.

- w punkcie 10. części II załącznika nr 2 do SIWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał: „uruchamianie i zatrzymywanie wirowania poprzez zamknięcie/otwarcie pokrywy.”

W trakcie szczegółowego badania ofert Zamawiający zapoznał się z instrukcją obsługi wirówki IKA mini G (zaoferowanej przez Wykonawcę), gdzie na stronie 18 opisano dokładnie proces uruchamiania i zatrzymywania. Odbywa się on przez włączanie i wyłączanie urządzenia przyciskiem Start/Stop. Dodatkowo w instrukcji znajduje się informacja, że zatrzymywanie wirówki poprzez otwarcie pokrywy powoduje gwałtowne wyhamowanie rotora, co z kolei może prowadzić do nieefektywnego wirowania i niekorzystnie wpływać na żywotność urządzenia.

W dniu 30.07.2014 Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień do dnia 01.08.2014, do godziny 12:00. W określonym terminie Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę jako nieodpowiadającą wymogom SIWZ.

Wybrano ofertę nr 4:

A-Biotech M.Zemanek-Zboch Sp.j., ul. Strzegomska 260A/4, 54-432 Wrocław.

Najkorzystniejsza oferta ze względu na zastosowane kryterium: 100% cena.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa z wybranym Wykonawcą (dla części II) może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

### Środki ochrony prawnej

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 - 198).
2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art.180 ust. 2 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wobec:
  - 1.) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  - 2.) wykluczenia odwołującego z postępowania z postępowania o udzielenie zamówienia,
  - 3.) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób , aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu o wniesienia odwołania.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego

z up. PROREKTOR  
ds. Nauki

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

p.o. KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych

mgr Fajka Kondracka

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. zamówień publicznych

mgr Wojciech Witkowski

Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, fax. (58) 552-37-41

p.o. KIEROWNIKA  
sekcji Zamówień Publicznych

mgr Sylwia Skabara