

L.dz. A120-1492/14/MP

Gdańsk, dnia 10.09.2014 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW,
MODYFIKACJA SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-178/14/MP na dostawę wirówek z chłodzeniem - 3 sztuki dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania.

Pytanie:

Dotyczy Formularza cenowo-przedmiotowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ: Czy Zamawiający dopuści wirówkę o możliwości instalacji maksymalnie 12 rotorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wirówkę z możliwością instalacji co najmniej 12 rotorów.

Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść **załącznika nr 2 do SIWZ**.

Zakres modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ:

Tabela 1, pkt. 4)

Było: Możliwość instalacji co najmniej 14 rotorów.

Powinno być: Możliwość instalacji co najmniej 12 rotorów.

**Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.
Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
mgr Magdalena Pietruszewska

Załączniki:

Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji z dnia 10.09.2014 roku.