

Gdańsk, dnia 09.10.2014r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-201/14/GR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa 6 szt. zmywarek laboratoryjnych bez suszenia z wyposażeniem”.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zmywarki laboratoryjne o głębokości zewnętrznej 630 mm oraz wysokości 840 mm? Każda zmywarka wymaga zastosowania wolnej przestrzeni z tyłu urządzenia, przez co różnicę 30 mm w głębokości można uznać za nieznaczącą. Również różnica wysokości (5 mm) jest minimalna i nie powinna mieć znaczenia dla Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści zmywarki laboratoryjne o głębokości zewnętrznej 630 mm oraz wysokości 840 mm.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zmywarki laboratoryjne z wysokowydajnym systemem usuwania pary wodnej opartym na zasadzie działania kondensatora? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak, ale tylko w przypadku, gdy oferowany system usuwania pary wodnej oparty na zasadzie działania kondensatora jest tak samo skuteczny i wydajny jak kondensator (niezbędne jest załączenie porównania działania obu urządzeń).

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zmywarki laboratoryjne, wyposażone wyłącznie w system do dozowania środków płynnych (środka myjącego i neutralizatora) w postaci dwóch wbudowanych pomp? Stosowanie tego typu detergentów zapobiega ewentualnym zarysowaniom mytego szkła oraz jest bardziej ekonomiczne, niż stosowanie detergentów proszkowych. Zmywarki wyposażone w system dozowania środków myjących w proszku oferuje na rynku tylko jeden producent i dopuszczenie tego rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie firm, co zwiększy konkurencję, a Zamawiającemu pozwoli na wybranie najkorzystniejszej oferty z pośród większej liczby oferentów. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga możliwości wyboru środka myjącego w postaci proszku lub płynu (w zależności od potrzeb).

Pytanie 4:

Dot. pkt. „Q” - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w dozowniki środków w proszku? Jest to rozwiązanie przestarzałe, z którego większość producentów nowoczesnych urządzeń już się wycofała. Środki myjące w postaci proszku trudno się wypłukują i mogą pozostawiać osady w wąskich naczyniach (np. pipety). Obecnie na rynku powszechnie stosowane są środki płynne - myjące (zasadowe) i odkamieniające/neutralizujące (kwaśne).

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga możliwości wyboru środka myjącego w postaci proszku lub płynu w zależności od potrzeb.

Pytanie 4:

Dot. pkt. „U” - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach zewnętrznych: wysokość 850mm, szerokość 600mm, głębokość 630mm, co niewiele odbiega od zapisów SIWZ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach zewnętrznych: wysokość 850mm, szerokość 600mm, głębokość 630mm

Pytanie 5:

Dot. pkt. „AA” - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w trójstopniowy system filtracji? Rozwiązanie takie pod względem funkcjonalnym jest równoważne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź:


Tak, ale tylko w przypadku gdy oferowany trójstopniowy system filtracji jest tak samo skuteczny i efektywny jak system zawierający 4 sita (niezbędne jest załączenie porównania działania obu systemów filtracji).

Pytanie 6:

Dot. pkt. „K” - Czy Zamawiający dopuści do oceny zmywarkę, która nie wymaga osobnego (zewnętrznego) urządzenia do dozowania płynnych środków myjących?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga możliwości wyboru środka myjącego w postaci proszku lub płynu w zależności od potrzeb.

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Grażyna Rostek-Stypa