

UNIWERSYTET GDAŃSKI
Dział Zamówień Publicznych
80-952 Gdańsk, ul. Bazyńskiego 1A
tel. 058/523 23 20, fax 058/552 37 41

Gdańsk 14.10.2014

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

A120-211-207/14/KS

Dotyczy: postępowania nr A120-211-207/14/KS prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Jednorazową dostawę materiałów i szkła laboratoryjnego dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi Uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	10.10.2014r.	<p>Pozycja 1-28</p> <p>Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaopferowanie szkła, które posiada skład chemiczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SiO₂ - 80,5% wagi - B₂O₃ - 13% wagi - Na₂O+K₂O - 4,5 % wagi - Al₂O₃ - 2% wagi <p>Właściwości fizyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - temperatura szkła przy lepkości η v dPa.s 1013 (górną temperatura chłodzenia) 550 °C - temperatura szkła przy lepkości η v dPa.s 107,6 (temperatura mięknięcia) - 825 °C - gęstość przy 20 °C nie gorsza niż 2,48g.cm-3 <p>Właściwości termiczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przy grubości ścianki 1 mm odporność na szok temperaturowy (D°C) 303 - przy grubości ścianki 3 mm odporność na szok temperaturowy (D°C) 175 - przy grubości ścianki 6 mm odporność na szok temperaturowy (D°C) 124 - przy grubości ścianki 10 mm odporność na szok temperaturowy (D°C) 96? 	<p>Zamawiający wyraża zgodę.</p>

2	<p>Pozycja 26-28</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet wielowymiarowych ze szkła sodowo-wapniowego? Nie ma pipet wykonanych ze szkła o parametrach jakie podaje Zamawiający.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę.</p>
3	<p>Pozycja 41</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cylindrów PP 2000 ml wysokich? Według norm DIN 12681 oraz ISO6706 nie ma cylindrów niskich o pojemności 2000 ml.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę.</p>
4	<p>Pozycja 43</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie korków wykonanych z PE lub LDPE, względnie wykonanych z silikonu?</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ</p>

Uwaga: termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie:
 Termin składania ofert do 24.10.2014r. do godz.10:00
 Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 24.10.2014r. do godz.10:15

Z poważaniem
 Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA
 ds. zamówień publicznych

 mgr Grażyna Rosteck-Szypa