

Uniwersytet Gdański
Ul. Bażyńskiego 1A
80-952 Gdańsk

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Gdańsk, 21.10.2014 r.

Dotyczy: postępowania nr A120-211-214/14/RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę termostatu cyrkulacyjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	20.10.2014	Dot. punkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termostat cyrkulacyjny o maksymalnym ciśnieniu pompy nie gorszym niż 0,3 bar?	Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i modyfikuje dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ i zastępuje go nowym załącznikiem nr 2 z dnia 21.10.2014r Modyfikowany parametr brzmi: „Maksymalne ciśnienie pompy nie gorsze niż 0,3 bar ”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres modyfikacji:

1. Rozdział IX pkt. 9 SIWZ: zmiana terminu składania ofert - z dnia 31.10.2014r. na dzień **03.11.2014r.**
2. Rozdział X pkt. 1 i 7 SIWZ: zmiana terminu składania i otwarcia ofert - z dnia 31.10.2014r. na dzień **03.11.2014r**
3. Wprowadzenie załącznika nr 2 z dnia 21.10.2014r., który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
Komisji P.zetargowej

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych

mgr Rafał Rzepecki