

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zestawu do detekcji fluorescencji, bioluminescencji i chemiluminescencji wraz z instalacją dla Uniwersytetu Gdańskiego”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 22.10.2014 roku, pod numerem 2014/S 203-358821.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1a

Czy zamawiający dopuści kamerę z obiektywem 38mm, f/0.90 i dużymi pikselami o rozmiarze 7,4 µm? Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody, oferowane parametry znacznie odbiegają od wymaganego minimum wskazanego w SIWZ.

Pytanie 2


Dotyczy: rozdział III SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z „do 4 tygodni od dnia podpisania umowy” na „do 6 tygodni od dnia podpisania umowy”?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody. Dostawa musi zostać zrealizowana do końca 2014 roku.

Z poważaniem,

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Grażyna Rostek-Stypa