

Uniwersytet Gdański  
Dział Zamówień Publicznych  
Ul. Bażyńskiego 1A  
80-952 Gdańsk

Gdańsk, dnia 09.12.2014r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-105/14/WW na dostawę pH-metrów – 6 szt.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.


**1. A. Pytania Wykonawców:**

1. Proszę o podanie jednoznacznej informacji nt. materiału, z którego ma być wykonana elektroda. W szczegółowym opisie widnieje zapis: "elektroda szklana", a poniżej dodatkowo "wykonana z materiału PEEK" oraz "elektrolit referencyjny polimerowy".

**B. Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Elektroda ma być wykonana z polimeru PEEK.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

ZAMODIELIN REFERENT  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr inż. Andrzej Włkowiak