

Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bażyńskiego 1A
80-952 Gdańsk

Gdańsk, dnia 12.12.2014r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-105/14/WW na dostawę pH-metrów – 6 szt.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.

1. A. Pytania Wykonawców:

1. Dotyczy § 3 ust. 8 umowy.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub odesłania sprzętu do producenta do 21 dni roboczych.?”?


Uzasadnienie:

Wykonawca nie jest w stanie przechowywać w magazynie wszystkich możliwych części, które mogą ulec awarii dlatego też w przypadku ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta czas naprawy może wynieść nawet 21 dni roboczych.

B. Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu naprawy. pH-metry będą wykorzystywane na kilku pracowniach studenckich w trakcie trwania semestru i nie może być sytuacji w której nie mogą się odbyć ćwiczenia przez 1 miesiąc z powodu braku sprzętu.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY PODMIOT
ds. zamówień publicznych

mgr Wojciech Wilkowiak