



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

postępowanie A120-211-3/15/MP

L.dz. A120-³³²...../15/MP

Gdańsk, dnia ^{11.03.2015}..... roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW,
MODYFIKACJA SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-3/15/MP na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 31.01.2015r. pod numerem 2015/S 022-035380.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Tabela 1.

1. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie opisane w tabeli 1. posiadało dodatkowo możliwość detekcji chemiluminescencji (punkt 1.)?

Wymagania co do chłodzonej kamery sugerują, że Zamawiający spodziewa się urządzenia z możliwością detekcji chemiluminescencji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres zmiany poniżej.

2. Czy Zamawiający dopuszcza w tabeli 1. w punkcie 11. zakres szarości niższy o jedną jednostkę tj. 65 535 ?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres zmiany poniżej.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w tabeli 1. w punkcie 14 sprzęt nie miał możliwości zastosowania innych obiektywów, ponieważ obecnie nowoczesne obiektywy mają zmienną ogniskową i nie jest wymagana ich zmiana przy różnych aplikacjach?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres zmiany poniżej.

Tabela 2.

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w tabeli 2. w punkcie 1. nie była wymagane możliwość detekcji chemiluminescencji? Pozostałe punkty ze specyfikacji wskazują, że Zamawiający nie wymaga tej aplikacji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres zmiany poniżej.

Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.

Zakres modyfikacji SIWZ:

1. Rozdział IX pkt. 9 SIWZ: zmiana terminu otwarcia ofert - z dnia 12.03.2015r. na dzień ^{07.04.2015}.....r.

2. Rozdział X pkt. 1 i 7 SIWZ: zmiana terminu składania i otwarcia ofert - z dnia 12.03.2015r. na dzień ^{07.04.2015}.....r.

Zakres modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ:

1. Tabela 1, pkt. 1:

Było: Sprzęt musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie i kolorymetrycznie.

Powinno być: Sprzęt musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych chemiluminescencyjnie, fluorescencyjnie oraz kolorymetrycznie.

2. Tabela 1, pkt.11:

Było: Zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić minimum 16 bit (65,536 poziomów szarości).

Powinno być: Zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić minimum 16 bit (65,535 poziomów szarości).



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

postępowanie A120-211-3/15/MP

3. Tabela 1, pkt. 14:

Było: Urządzenie musi mieć możliwość zastosowania innych obiektywów.

Powinno być: Urządzenie musi być wyposażone w obiektyw o zmiennej ogniskowej.

4. Tabela 1, pkt. 5:

Było: Urządzenie musi umożliwiać pracę przy otwartej komorze wyłączonym światłem UV.

Powinno być: Urządzenie musi umożliwiać pracę przy otwartej komorze włączonym światłem UV.

5. Tabela 2, pkt. 1:


Było: Musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych chemiluminescencyjnie, fluorescencyjnie oraz kolorymetrycznie.

Powinno być: Musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie oraz kolorymetrycznie.

**Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.
Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

REKTOR


prof. dr hab. Bernard Lamnak

Załączniki:

1. SIWZ po modyfikacji z dnia 11.03.2015 roku.
2. Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji z dnia 11.03.2015 roku.