

Gdańsk, dnia 21.05.2015r.

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1A
80 – 952 Gdańsk

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW II ZESTAW

Dotyczy: postępowania nr A120-211-50/15/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę termostатовanej łaźni wodnej z wytrząsaniem dla Uniwersytetu Gdańskiego. W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	20.05.2015r.	Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z zakresem wytrząsania 20-250 rpm?	Tak
2.	20.05.2015r.	Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem z tacą o wymiarach 245x270xh110?	Nie – im większa taca, tym więcej naczyń można w niej inkubować.
3.	20.05.2015r.	Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem ze stabilnością temperatury $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$?	Nie – im większa dokładność, tym bardziej powtarzalne wyniki się uzyskuje.

**Termin składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian:
termin składania ofert do 26.05.2015r. do godz.11:00
otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2015r. o godz. 11:15**

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Zbigniew Zderski