

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1A
80 – 952 Gdańsk

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-50/15/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę termostатовanej łaźni wodnej z wytrząsaniem dla Uniwersytetu Gdańskiego. W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	19.05.2015r.	Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o pojemności 16 litrów? Jest to minimalnie mniejsza pojemność od wymaganej przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Nie - im większa pojemność tym więcej kolbek czy probówek można w niej inkubować.
2.	19.05.2015r.	Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem wyposażoną w dwuspadową pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Nie - pokrywa ma być przezroczysta, żeby było widać co dzieje się w wytrząsarce.
3.	19.05.2015r.	Proszę o doprecyzowanie ilości i pojemności naczyń wytrząsanych w urządzeniu?	Jedynym warunkiem jest taca o wymiarach nie mniejszych niż 420x235 mm wyposażona w sprężyny, co gwarantuje dużą ilość wytrząsanych naczyń.
4.	19.05.2015r.	Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z płynną regulacją prędkości wytrząsania realizowaną za pomocą pokrętła? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Nie - w przypadku pokrętła łatwo jest przez przypadek przestawić parametry wytrząsania, co zdarzało się niejednokrotnie w przypadku tego typu łaźni wodnej z wytrząsaniem w Katedrze

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1A
80 – 952 Gdańsk

			Zamawiającego. W przypadku elektronicznego ustawienia prędkości takie ryzyko nie istnieje.
5.	19.05.2015r.	Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z koszem wytrzasałym o wymiarze 312x246mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Nie - im większa taca ze sprężynami tym więcej kolbek czy probówek można w niej inkubować.
6.	19.05.2015r.	Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną ze stabilnością temperatury $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Nie - im większa dokładność tym bardziej powtarzalne wyniki się uzyskuje.
7.	19.05.2015r.	Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wanną o głębokości 200mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Nie jest podane czy chodzi o głębokość minimalną czy maksymalną. Głębokość minimalna nie może być większa niż 60 mm - przy intensywnym wytrzasańiu małych kolbek im więcej wody w łaźni tym bardziej woda chlapie i powstaje ryzyko dostania się wody do kolbki i zakażenia wytrzasańych prób.
<p>Termin składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian: termin składania ofert do 26.05.2015r. do godz.11:00 otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2015r. o godz. 11:15</p>			

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Zbigniew Zderski