

Uniwersytet Gdański  
ul. Bażyńskiego 1A  
80 – 952 Gdańsk

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW III ZESTAW**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-50/15/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę termostатовanej łaźni wodnej z wytrząsaniem dla Uniwersytetu Gdańskiego. W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	21.05.2015r.	Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia przez Wykonawcę instrukcji obsługi w języku polskim? <u>Uzasadnienie:</u> Konieczność tłumaczenia instrukcji obsługi z języka angielskiego na polski znaczenie zmniejsza rentowność Wykonawców chętnych do udziału w postępowaniu.	Zamawiający <b>nie odstąpi</b> od wymogu dostarczenia przez Wykonawcę instrukcji obsługi w języku polskim. Z urządzenia(łaźni wodnej) korzystać będą studenci, którzy nie mają obowiązku znać języka angielskiego.
2.	21.05.2015r.	Dotyczy § 3 ust. 8 umowy Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas naprawy sprzętu nie był dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu z 10 dni do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta lub naprawy urządzenia w siedzibie producenta? <u>Uzasadnienie:</u> Zaistnienie konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta zagranicznego lub konieczność odesłania całego sprzętu za granicę do producenta jest okolicznością niezależną od Wykonawcy, która uzasadnia wydłużenie okresu naprawy o czas niezbędny na otrzymanie części lub wysłanie i odesłanie przez producenta sprzętu.	Zamawiający <b>nie wyraża zgody</b> na wydłużenie terminu naprawy. Wydłużony czas naprawy urządzenia oznacza wydłużoną przymusową przerwę w pracy laboratoryjnej.
3.	21.05.2015r.	Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 umowy. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 umowy w ten sposób, że wysokość kar umownych zostanie zmniejszona z 1 % do 0,2 %? <u>Uzasadnienie:</u>	Zamawiający <b>nie wyraża zgody</b> na proponowany zapis w umowie.

Uniwersytet Gdański  
ul. Bażyńskiego 1A  
80 – 952 Gdańsk

		Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.	
4.	21.05.2015r.	<p>Dotyczy § 7 ust. 3 umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 7 umowy ust. 3 zdania o treści: „Łącznie wysokość kar umownych nie może być wyższa niż 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.”?</p> <p><u>Uzasadnienie</u> Niezastrzeżenie granic, do których mogą być naliczane kary umowne może skutkować tym, że po ich naliczeniu mogą one nawet przewyższyć wartość przedmiotu umowy. Granica 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy wynika z § 7 ust. 2 umowy, który przewiduje karę umowną w takiej wysokości na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Skoro w takiej sytuacji Zamawiający przewidział karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, kary umowne naliczane za opóźnienie w dostawie lub wyminie sprzętu również nie powinny być wyższe.</p>	Zamawiający <b>nie wyraża zgody</b> na proponowany zapis w umowie.
<p><b>Termin składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian: termin składania ofert do 26.05.2015r. do godz.11:00 otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2015r. o godz. 11:15</b></p>			

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
  
Zbigniew Zderski