

Uniwersytet Gdański  
Ul. Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Gdańsk, 27.08.2015 r.

Dotyczy: postępowania nr A120-211-121/15/MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa zamrażarki szufladowej dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	25.08.2015	<p>Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 umowy</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 umowy w ten sposób, że wysokość kar umownych zostanie zmniejszona z 2 % do 0,2 % w punkcie 1 oraz z 1% do 0,2% w punkcie 2 i 3?</p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.</p> <p>Dotyczy § 7 ust. 5 umowy</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 7 umowy ustępu 5 o treści: „Łącznie wysokość kar umownych nie może być wyższa niż 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.”?</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody</p>
2.	25.08.2015	<p><u>Uzasadnienie</u></p> <p>Niezastrzeżenie granic, do których mogą być naliczane kary umowne może skutkować tym, że po ich naliczeniu mogą one nawet przewyższyć wartość przedmiotu umowy. Granica 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wynika z § 7 ust. 2 umowy, który przewiduje karę umowną w takiej wysokości na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Skoro w takiej sytuacji Zamawiający przewidział karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, kary umowne naliczane za opóźnienie w dostawie lub wymianie sprzętu również nie powinny być wyższe.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody</p>


3.	25.08.2015	Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem zredukowanego oszraniania zamiast systemu bezszronowego?	Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany. Oferowane urządzenie musi spełniać parametr – bezszronowa.
----	------------	--	--

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

**UWAGA**

**Sprostowanie podanej informacji w SIWZ** – w rozdziale IX. Opis przygotowania ofert. w pkt 9, we wzorze zaadresowania oferty, Zamawiający omyłkowo podał błędną nazwę postępowania, prawidłowo winno być „Dostawa zamrażarki szufladowej dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego”. Zamawiający prosi o prawidłowe zatytułowanie postępowania przetargowego na kopercie z ofertą.

Z poważaniem

**SPECJALISTA**  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Marek Bocian