

Gdańsk2015

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-143/15/KS prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę czterech mikroskopów biologicznych dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego**. W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	08.10.2015r.	<p>Pytanie 1. Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne do wyspecyfikowanego w SIWZ dopuści mikroskop, który będzie wyposażony w lepsze od achromatycznych obiektywy semi plan achromatyczne, lecz korygowane na długość tubusa 160 mm?</p> <p>Proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane w klasie mikroskopów laboratoryjno-badawczych. Obiektywy klasy semi plan achromat zapewniają badaczowi wysoki komfort pracy, zastosowanie dodatkowych soczewek koryguje wady optyki achromatycznej. Zastosowane obiektywy są w pełni dostosowane do innych elementów układu optycznego mikroskopu.</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza proponowanej przez Wykonawcę równoważności.</p>

**Uwaga: termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie:
Termin składania ofert do 29.10.2015r. do godz.12:00
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 29.10.2015r. o godz.12:15**

Z poważaniem