

Gdańsk, dnia 03.11.2015 r.

Uniwersytet Gdański
 ul. Bażyńskiego 8
 80 – 309 Gdańsk
 L.dz. A120-~~1682~~1682/15/GR

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-177/15/GR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę liofilizatora z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.”


W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	02.11.2015r.	<i>Czy Zamawiający dopuści liofilizator bez możliwości programowania za pomocą sterownika, czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu? Proces ten odbywa się automatycznie. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie.</i>	Zamawiający wyraża zgodę
2.	02.11.2015r.	<i>Czy Zamawiający dopuści liofilizator bez równoczesnego cyfrowego wyświetlania wszystkich aktualnych i żądanych parametrów procesu wymaganych przez Zamawiającego, ale z możliwością łatwego poglądu tych parametrów z poziomu menu wyświetlacza?</i>	Zamawiający nie wyraża zgody
3	02.11.2015r.	<i>Czy Zamawiający dopuści liofilizator wyposażony w pojedynczą chemicznie odporną sondę pomiaru próżni wbudowaną w kondensator urządzenia? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie ma obecność w wyposażeniu aż trzech sond próżni.</i>	Zamawiający nie wyraża zgody. Sonda pomiaru próżni jest elementem wymienny i Zamawiający nie musi uzasadniać dlaczego potrzebuje większej ilości niż standardowa.

4	02.11.2015r.	Czy Zamawiający wymaga aby liofilizator wyposażony był w dotykowy graficzny wyświetlacz LCD?	Zamawiający nie wymaga aby liofilizator wyposażony był w dotykowy graficzny wyświetlacz LCD.
5	02.11.2015r.	Czy Zamawiający dopuści liofilizator wyposażony w naczynia do liofilizacji o pojemności 100 ml zamiast 75 ml? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że będą to naczynia do liofilizacji a nie kolby okrągłodenne
6	02.11.2015r.	Czy Zamawiający dopuści liofilizator wyposażony w naczynia do liofilizacji o pojemności 100 ml zamiast 150 ml? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że będą to naczynia do liofilizacji a nie kolby okrągłodenne
7	02.11.2015r.	Czy Zamawiający dopuści liofilizator wyposażony w naczynia do liofilizacji o pojemności 250 ml zamiast 300 ml? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że będą to naczynia do liofilizacji a nie kolby okrągłodenne
8	02.11.2015r.	Czy Zamawiający dopuści liofilizator wyposażony w naczynia do liofilizacji o pojemności 500 ml zamiast 600 ml? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że będą to naczynia do liofilizacji a nie kolby okrągłodenne

Termin składania ofert i otwarcie ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Grażyna Rostek-Stypa