

Uniwersytet Gdański  
Dział Zamówień Publicznych  
Ul. Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 05.11.2015r.

## DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-156/15/WW na dostawę elektroporatora dla Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.


### **1. A. Pytania Wykonawców:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy amerykański elektroporator dedykowany do bakterii i drożdży o parametrach spełniających podane w SIWZ wymagania, a nawet przewyższających je, m.in. z napięciem regulowanym w szerszym zakresie 5-2500 V, z krótszym czasem ładowania 5 sek., z kondensatorami o pojemności 36uF i 1050 uF, z oporem wewnętrznym 150 omów, o wymiarach 231x196x109 mm i bez portu USB i bez zapisywania dwóch protokołów, co pozwoliłoby na złożenie bardzo konkurencyjnej oferty?

### **B. Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

ZAMODZIELNY REFERENT  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr inż. Wiesław Witek