

Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 09.11.2015r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-156/15/WW na dostawę elektroporatora dla Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.


1. A. Pytania Wykonawców:

1. Czy zamawiający dopuszcza, aby max pobór mocy wynosił nie więcej niż 240W jedynie podczas krótkich czasów ładowania?
2. Czy zamawiający dopuszcza brak możliwości przeprowadzenia transferu danych za pomocą łącza USB?
3. Czy zamawiający dopuszcza, aby uchwyt na kuwetę do elektroporacji nie był zintegrowany z urządzeniem, lecz występował w postaci modułu wchodzącego w skład urządzenia, który również gwarantuje bezpieczeństwo pracy?
4. Czy zamawiający dopuszcza, aby wymiary urządzenia wynosiły: 29x21x8cm?

B. Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Tak, Zamawiający dopuści aparaturę o takich parametrach.
2. Tak, Zamawiający dopuści aparaturę o takich parametrach.
3. Tak, Zamawiający dopuści aparaturę o takich parametrach.
4. Tak, Zamawiający dopuści aparaturę o takich parametrach.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT
ds. zamówień publicznych

mgr Wojciech Witkowski