

Gdańsk, dnia 30.11.2015 r.

Uniwersytet Gdański
 ul. Bażyńskiego 8
 80 – 309 Gdańsk
 L.dz. A120-1806/15/PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
 zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-197/15/PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa komory do napromieniania promieniowaniem X dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	27.11.2015r.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory o zakresie energii promieniowania do 130kV?	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komory o zakresie energii promieniowania nie gorszym niż 20-130 kV.
2.	27.11.2015r.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory z lampą o mocy 600 W?	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komory z lampą o mocy przynajmniej 600 W.

Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 04.12.2015 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2015 r. o godz. 12:30.

Z poważaniem
 Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
 ds. Zamówień Publicznych

 mgr Paulina Jędrzejczyk