

Gdańsk, dnia 30.11.2015 r.

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80 – 309 Gdańsk
L.dz. A120-1806/15/PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-197/15/PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa komory do napromieniania promieniowaniem X dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zmiana jest następująca:

1. W załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia:

1) w pkt 1 było:

Zakres energii promieniowania nie gorszy niż 20-150 kV

Zapis zostaje zmieniony na:

Zakres energii promieniowania nie gorszy niż 20-130 kV

2) w pkt 3 było:

Moc lampy przynajmniej – 750 W

Zapis zostaje zmieniony na:

Moc lampy przynajmniej – 600 W

2. W rozdziale IX pkt 10 SIWZ:

Było:

Oferta z wymaganymi dokumentami (opisanymi w rozdziale V SIWZ) musi być złożona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia, **zaadresowana do Zamawiającego na adres wg poniższego wzoru:**

Nazwa (firma) Wykonawcy	Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego,
Adres Wykonawcy	80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, pok. 115
<u>postępowanie nr A120-211-197/15/PJ:</u>	
Dostawa komory do napromieniania promieniowaniem X dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.	
<u>nie otwierać przed dniem 02.12.2015 r. godz.12:30</u>	

Zapis zostaje zmieniony na:

Oferta z wymaganymi dokumentami (opisanymi w rozdziale V SIWZ) musi być złożona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia, **zaadresowana do Zamawiającego na adres wg poniższego wzoru:**

Nazwa (firma) Wykonawcy	Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego,
Adres Wykonawcy	80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, pok. 115
<u>postępowanie nr A120-211-197/15/PJ:</u>	
Dostawa komory do napromieniania promieniowaniem X dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.	
<u>nie otwierać przed dniem 04.12.2015 r. godz.12:30</u>	

3. W rozdziale X pkt 1 SIWZ:

Było:

Oferty należy składać pod adresem:

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 8, pokój nr 115, I piętro, 80-309 Gdańsk, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 **w terminie do 02.12.2015 r. do godz. 12:00.**

Zapis zostaje zmieniony na:

Oferty należy składać pod adresem:

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 8, pokój nr 115, I piętro, 80-309 Gdańsk, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 **w terminie do 04.12.2015 r. do godz. 12:00.**

4. W rozdziale X pkt 7 SIWZ:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi:

w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 116, I piętro **dnia 02.12.2015 r. o godz. 12:30.**

Zapis zostaje zmieniony na:

Otwarcie ofert nastąpi:

w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 116, I piętro **dnia 04.12.2015 r. o godz. 12:30.**

W związku z dokonаныmi zmianami Zamawiający wprowadza:

- 1) zmodyfikowaną SIWZ o nazwie „SIWZ z dnia 30.11.2015”, która zastępuje dotychczasową SIWZ,
- 2) zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia o nazwie „Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia z dnia 30.11.2015”, który zastępuje dotychczasowy Załącznik nr 2 do SIWZ.


Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 04.12.2015 r. do godz. 12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2015 r. o godz. 12:30.

Z poważaniem

REKTOR


prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki:

1. SIWZ z dnia 30.11.2015.
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia z dnia 30.11.2015.