

L.dz. A120-1831...../15/MR

Gdańsk, dnia 03.12.2015 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIE ZADANE PRZEZ WYKONAWCĘ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-207/15/MR na dostawę łaźni z termostatem cyrkulacyjnym wraz z montażem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.11.2015 roku pod nr 318030-2015.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania.

Pytanie 1:

W formularzu przedmiotowym (załącznik nr 2 do SIWZ) do postępowania A120-211-207/15/MR podano maksymalne ciśnienie pompy: 0,34 bar.

Fabrycznie w tego typu urządzeniach maksymalne ciśnienie montowanej pompy wynosi 0,35 bar.

Czy użytkownik dopuszcza maksymalne ciśnienie pompy: 0,35 bar?

Czy jest to wymaganie które musi być absolutnie spełnione czy jest to błąd w zapisie tego parametru?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza maksymalne ciśnienie pompy: 0,35 bar.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert, godzina, miejsce i wszystkie warunki zawarte w SIWZ i załącznikach pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Redzik