

Uniwersytet Gdański  
Dział Zamówień Publicznych  
Ul. Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 01.12.2015r.

## DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-187/15/JC na dostawę wirówki stołowej z chłodzeniem wyposażonej w dwa rodzaje wirnika (stałokątowy i wychylny) na próbówki typu Falcon 15/50 ml dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.

### **1. A. Pytania Wykonawców:**

1. Dotyczy pkt. 19 załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia – Parametry wymagane.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę wirówki nieposiadającej certyfikatu IVD ale wpisanej do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?
2. Dotyczy pkt. 20 załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia – Parametry wymagane.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprawienie zapisu z „gwarancja conajmniej 236 miesięcy” na „gwarancja conajmniej 36 miesięcy”?

### **B. Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę wirówki nieposiadającej certyfikatu IVD, ale wpisanej do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Tak, Zamawiający zgadza się na skorygowanie zapisu z „gwarancja co najmniej 236 miesięcy” na „gwarancja co najmniej 36 miesięcy”.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego  
Sekretarz Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. zamówień publicznych

  
mgr Wojciech Witkowski