

Gdańsk, dnia 14.12.2015r.

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80 – 309 Gdańsk

A120-1813, 15/ZZ

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania nr A120-211-216/15/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę wirówki z chłodzeniem i wyposażeniem dla Uniwersytetu Gdańskiego. W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

| Nr pytania | Data wpływu | Treść pytania | Odpowiedź Zamawiającego |
|---|--------------|--|---|
| 1. | 11.12.2015r. | Czy możemy zaproponować wirówkę spełniającą pozostałe wymogi o głębokości 48 cm? | Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki spełniającej pozostałe wymogi o głębokości 48 cm. |
| Termin składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian: termin składania ofert do 18.12.2015r. do godz.11:00 otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2015r. o godz. 11:15 | | | |

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Zbigniew Zderski