

L.dz. A120-74...../16/MPGdańsk, dnia ..2016..-01..-19 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-5/16/MP na dostawę zamrażarek niskotemperaturowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2016r. roku pod numerem 8888-2016

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm) Zamawiający modyfikuje treść załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie wynikającym z odpowiedzi na zadane pytania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	14.01.2016r.	Dotyczy poz. 2 załącznika nr 2 do SIWZ – FORMULARZ PRZEDMIOTOWY (opis przedmiotu zamówienia). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia o wymiarach zewnętrznych 90cm x 56,6cm x 83 cm (SxGxW)?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ w załączeniu.
2	14.01.2016r.	Dotyczy poz. 2 załącznika nr 2 do SIWZ – FORMULARZ PRZEDMIOTOWY (opis przedmiotu zamówienia). Czy Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę zestawu do ustawiania zamrażarek jedna na drugiej?	Zamawiający nie wymaga dostarczenia zestawu do ustawiania zamrażarek jedna na drugiej ponieważ taki stelaż już posiada.

Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty. Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
SPECJALISTA
 ds. zamówień publicznych
 mgr Magdalena Pietruszewska

Załącznik:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji z dnia2016..-01..-19.....