

Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 10.02.2016r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-6/16/WW na dostawę aparatu do elektroforezy kapilarnej.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.

1. A. Pytania Wykonawców:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oprogramowania systemu opartego o 32 bitowy Windows 7, wykazujący większą stabilność dla tego typu oprogramowania?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowego monitora o przekątnej 22" pozwalającego na równie dobrą analizę, odczyt i interpretację wyników?
3. Czy ze względu na czarno-biały charakter wydruków raportów większości systemów elektroforezy kapilarnej Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drukarki o wydruku czarno-białym?
4. Czy ze względu na fakt, że dla systemów elektroforezy kapilarnej wystarczający jest zasilacz awaryjny o mocy 500 VA podtrzymujący napięcie całego systemu przez okres minimum 5 minut, to Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego rozwiązania?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu chłodzącego o objętości 450 ml?
6. Czy ze względu na fakt, że do pracy z detektorem LIF i UV służą te same typy kartridży, a ponadto czas ich gwarancji wynosi 12 miesięcy, to Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 kartridży?
7. Czy ze względu na fakt, że do pracy z detektorem LIF bardziej wskazane są kapilary o średnicy wewnętrznej 50 mikrometrów, a ponadto czas ich gwarancji wynosi 12 miesięcy, to Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 kapilary o średnicy wewnętrznej 75 mikrometrów w wymiarze 5m i 1 kapilary o średnicy wewnętrznej 50 mikrometrów w wymiarze 5m?

B. Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
2. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
3. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
4. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
5. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
6. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
7. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT
ds. zamówień publicznych

mgr Wojciech Witkowski