

Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 19.02.2016r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-16/16/WW na dostawę szybkoobrotowej, preparatywnej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem dla Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.

1. A. Pytania Wykonawców:

1. Dotyczy § 5 ust. 8 umowy.

Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas naprawy sprzętu nie był dłuższy niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu z 7 dni do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta lub naprawy urządzenia w siedzibie producenta?

Uzasadnienie:

Zaistnienie konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta zagranicznego lub konieczność odesłania całego sprzętu za granicę do producenta jest okolicznością niezależną od Wykonawcy, która uzasadnia wydłużenie okresu naprawy o czas niezbędny na otrzymanie części lub wysłanie i odesłanie przez producenta sprzętu.

2. Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 umowy w ten sposób, że wysokość kar umownych zostanie zmniejszona z 0,5 % do 0,1 %?

Uzasadnienie:


Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych

do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

B. Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
2. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT
ds. zamówień publicznych

mgr Wojciech Witkowski