

Uniwersytet Gdański  
Dział Zamówień Publicznych  
Ul. Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 21.03.2016r.

## DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-23/16/WW na dostawę aparatury naukowej według części I-VI.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.

### **1. A. Pytania Wykonawców do części III – dostawa myjki ultradźwiękowej:**

1. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy nie ma pomyłki w Załączniku nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części III (myjka ultradźwiękowa): w udzielonych odpowiedziach na pytania wykonawców Zamawiający nie zgodził się na zwiększone wymiary zewnętrzne myjki uzasadniając to brakiem wolnego miejsca, tymczasem w opisie przedmiotu zamówienia podano wymiary zewnętrzne jako minimalne, bez ograniczeń w postaci dopuszczalnych wymiarów maksymalnych, co wydaje się logicznie sprzeczne z treścią odpowiedzi na pytania.

### **B. Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Zamawiający dla części III zamówienia utrzymuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niezmienionej treści i jednocześnie dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 300 x 179 x 214 mm.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

  
SAMODZIELNY REFERENT  
ds. zamówień publicznych

*mgr Wojciech Witkowski*