

Uniwersytet Gdański  
ul. Bażyńskiego 8  
80 – 309 Gdańsk

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-51/16/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę wraz z instalacją termocyklera z gradientem dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	18.04.2016r.	<p><b>1. dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 5).</b> Zamawiający zapisał: „W przypadku trzykrotnej awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub całego sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych na nowy wolny od wad, tego samego typu i o tych samych lub - gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych“ Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „W przypadku trzykrotnej awarii <b>tego samego elementu</b> sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub całego sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych na nowy wolny od wad, tego samego typu i o tych samych lub - gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych“ Prośbę swoją motywujemy tym, iż przedmiotem postępowania jest wysoce specjalistyczny sprzęt. Prawdopodobieństwo wystąpienia trzech różnych ze swej dziedziny usterek, niejednokrotnie i błędnych, dawałoby już prawo do wymiany elementu aparatu lub samego aparatu. Przy wysokiej cenie sprzętu spełnienie tego warunku byłoby zupełnie ekonomicznie nieusprawiedliwione. Wykonawca by móc się w dostateczny sposób zabezpieczyć musiałby uwzględnić w cenie sprzętu koszt i drugiego. Producent sprzętu który chcielibyśmy Państwu zaoferować nie gwarantuje wymiany na nowy sprzęt lub</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) § 4 ust. 5. Powyższy paragraf 4 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku trzykrotnej awarii <b>tego samego elementu</b> aparatury Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub całej aparatury, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych na nową wolną od wad, tego samego typu i o tych samych - lub gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych“. Zamawiający w związku z powyższym wprowadza nowy dokument dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą: Załącznik nr 5 - projekt umowy po zmianie z dnia 20.04.2016r. Powyższy dokument jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty. Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.</p>

Uniwersytet Gdański  
ul. Bażyńskiego 8  
80 – 309 Gdańsk

		nowy element sprzętu z powodu 3 niejednorodnych usterek.	
2.	18.04.2016r	<p><b>5. dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 7).</b> Zamawiający zapisał: „W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty. Niniejsze koszty mogą być potrącone z bieżących należności Wykonawcy.“</p> <p>Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy <b>za wyjątkiem naprawy dokonanej przez nieautoryzowany przez producenta serwis. W przypadku usunięcia wad przez nieautoryzowany przez producenta serwis gwarancja ulega przerwaniu.</b> Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty. Niniejsze koszty mogą być potrącone z bieżących należności Wykonawcy.“</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę zapisu w projekcie umowy § 4 ust. 7 (załącznik nr 5 do SIWZ) ponieważ zapis ten jest standardowy we wszystkich umowach na dostawę aparatury dla Uniwersytetu Gdańskiego.</p>
<p><b>Termin składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian: termin składania ofert do 25.04.2016r. do godz.11:00 otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2016r. o godz. 11:15</b></p>			

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

Zbigniew Zderski