

Gdańsk, dnia 21.04.2016 r.

**DO WYKONAWCÓW**

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę wirówek w trzech częściach:

- I. wirówka z chłodzeniem,
- II. wirówka laboratoryjna,
- III. mała wirówka laboratoryjna

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.04.2016 roku pod numerem 40661-2016


Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania:

**Część II:**

Lp.	Pytanie	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy Zamawiający dopuszcza zamienne wskazanie na wyświetlaczu prędkości lub RCF w zależności od ustawienia danego programu?	Tak.
2	Czy Zamawiający dopuszcza próbówki o pojemności 28 ml i wymiarach 25 x 94 mm?	Nie. Zachowanie procedur i wytycznych syntezy związków prowadzonych w ramach realizacji projektu badawczego wymaga, aby objętość roztworu wynosiła 30 ml.

Z poważaniem,  
w imieniu Zamawiającego  
Joanna Cierpisz

Dział Zamówień Publicznych  
SPECIALISTA

  
mgr. Joanna Cierpisz