

Gdańsk, dnia 26.04.2016 r.

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę wirówek w trzech częściach:

- I. wirówka z chłodzeniem,
- II. wirówka laboratoryjna,
- III. mała wirówka laboratoryjna

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.04.2016 roku pod numerem 40661-2016


Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytanie:

Część III:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź Zamawiającego
1	Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z parametrów technicznych Małej wirówki laboratoryjnej zapisu „możliwość podłączenia wirówki do gniazda 12 V (w samochodzie), co umożliwi pracę w terenie”, gdyż producent dla wyspecyfikowanego urządzenia nie przewidział takiej możliwości.	Tak. Zamawiający wykreśla w Załączniku nr 2 do SIWZ w części III punkt 10.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 5 maja 2016 roku: składanie ofert do godz. 11:00, otwarcie ofert o godz. 11:15.

Z poważaniem,
w imieniu Zamawiającego
Joanna Cierpisz

Dział Zamówień Publicznych
SPECIALISTA

mgr Joanna Cierpisz