




UNIWERSYTET GDAŃSKI



Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 27.04.2016r.

L. dz. A120-...../16/MB

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-62/16/MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawic laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawce, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	27.04.2016	Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe o grubości na palcu 0,08+/-0,01mm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SIWZ w pozycji 1
2	27.04.2016	Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe o grubości na palcu min. 0,07mm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SIWZ w pozycji 1
3	27.04.2016	Pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje rękawic nitrylowych bezpudrowych przebadanych na 3 substancje z załącznika A do normy, zgodnie z pkt. 5.3.2 normy?	Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SIWZ w pozycji 1
4	27.04.2016	Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe w opakowaniu a'200szt. z odpowiednim przeliczeniem?	Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SIWZ w pozycji 1
5	27.04.2016	Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe o grubości na palcu 0,12+/-0,03mm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SIWZ w pozycji 2
6	27.04.2016	Pozycja 2-3 Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe będące środkiem ochrony indywidualnej KAT. III?	Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SIWZ w pozycji 2 i 3

7	27.04.2016	Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane o grubości na palcu 0,12 \pm 0,03mm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SIWZ w pozycji 3
8	27.04.2016	Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe bezpudrowe o grubości na palcu 0,07 \pm 0,03mm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SIWZ w pozycji 4
9	27.04.2016	Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe pudrowane o grubości na palcu 0,07 \pm 0,03mm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SIWZ w pozycji 5

Składanie ofert do dnia 04.05.2016r. do godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi 04.05.2016r. o godzinie 11:15.

Z poważaniem

SPECJALISTA

ds. zamówień publicznych

Mgr Marek Bocian