

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-74/16/SS ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2016 roku pod numerem 117632-2016 na: „Dostawa suszarki laboratoryjnej z naturalnym obiegiem powietrza dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	17.05.2016	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na suszarkę o stabilności temperatury w 105°C: ±0,2°C?	Ad. 1. Zamawiający dopuszcza suszarkę o takim parametrze.
2	17.05.2016	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na suszarkę z regulacją czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie 1 min ...do 999 h lub praca ciągła?	Ad. 2. Zamawiający dopuszcza suszarkę o takim parametrze.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Parametr – „Pojemność komory”:  
Było: pojemność komory: 15 l,  
Jest: pojemność komory maksymalnie: 15 l.
2. Parametr „Waga”  
Było: waga: 27 kg,  
Jest: waga: maksymalnie 27 kg.

Zamawiający wprowadza zmieniony dokument pod nazwą: **załącznik nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 18.05.2016**, który zastępuje wcześniejszą (pierwotną) wersję tego dokumentu i jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe warunki oraz termin składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr Sylwia Skabara