

Gdańsk, dnia 16.08.2016 r.

**DO WYKONAWCÓW**

postępowania o zamówienie publiczne na dostawę termocyklera z gradientem temperatury dla Zakładu Badań Planktonu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.07.2016.2016 roku pod numerem 152133-2016

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na

zadane pytanie:

nr	Pytanie	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia z blokiem aluminiowym pokrytym srebrem?	Nie. Zamawiający potrzebuje sprzętu o parametrach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia z zakresem temperatury bloku od 3-99C i z pokrywą grzaną w zakresie 30-99C?	Nie. Zamawiający potrzebuje sprzętu o parametrach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia z uszczelnieniem próbek przy zastosowaniu grzanej pokrywy, przy czym pokrywa ta nie jest żelowa?	Nie. Zamawiający potrzebuje sprzętu o parametrach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia z gradientem w zakresie 20-99C?	Nie. Zamawiający potrzebuje sprzętu o parametrach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
5	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia pozwalający na zapamiętanie 300 programów?	Nie. Zamawiający potrzebuje sprzętu o parametrach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Z poważaniem,

w imieniu Zamawiającego

Dział Zamówień Publicznych

Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bazyńskiego 8 SP

1

mgr *Wanna Cielpisz*