

Uniwersytet Gdański  
Dział Zamówień Publicznych  
Ul. Jana Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 10.08.2016r.

## DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-143/16/WW na dostawę aparatury laboratoryjnej do wyposażenia Laboratorium Izolacji Kwasów Nukleinowych Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego:

- 1.) wirówki laboratoryjnej (stołowej) z chłodzeniem komory wirowania - 2 sztuki,
- 2.) termomiksera z funkcją grzania i chłodzenia - 1 sztuka,
- 3.) wytrząsarki laboratoryjnej z ruchem kołyskowym platformy - 1 sztuka..

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.

### **1. A. Pytania Wykonawców:**


1. Dotyczy wirówek  
Czy Zamawiający dopuści rotor 24x1,5ml z pokrywą nieulegającą korozji (niewymagającą stosowania PTFE)?
2. Dotyczy termomiksera  
Czy Zamawiający dopuści termomikser o obrotach maksymalnych 1500rpm?
3. Dotyczy wytrząsarki  
Czy Zamawiający dopuści szerszy od wymaganego zakres prędkości wytrząsania tj. od 5 do 100 obr/min?

### **B. Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Wirówki: w urządzeniu będą wirowane również próbki typu eppendorf 2 ml. W zapytaniu o dopuszczenie produktu do przetargu możliwość ich stosowania nie jest wyraźnie określona. Pokrywa wirówki powinna zapobiegać wydostawaniu się areozoli

- rozpuszczalników organicznych podczas wirowania z najwyższymi prędkościami. Antykorozyjność pokrywy nie jest parametrem uwzględnianym w specyfikacji urządzenia.
2. Zamawiający nie dopuszcza termomiksera o niższych obrotach maksymalnych. Z praktyki wiemy, że obroty mniejsze/równe 1500rpm nie sprawdzają się w stosowanych badaniach ze względu na dużą gęstość i lepkość roztworów. Stąd wymagana wyższa prędkość mieszania.
  3. Wytrząsarka: Zamawiający dopuszcza zwiększone parametry wytrząsania.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Wojciech Witkowski