

Gdańsk, 27.10.2016

Do Wykonawców

postępowania o zamówienie publiczne na dostawę wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem dla Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytanie:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający dopuszcza zakres temperatury chłodzenia od -9°C do 40°C przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ? Zakres temperatury poniżej 0 °C ma znaczenie jedynie w stanie postoju wirówki - podczas wirowania musi być utrzymywana temperatura powyżej 0 °C (zazwyczaj jest to przedział od +2 °C do +4 °C) aby nie doszło do zamrożenia wirowanego materiału.	Tak, dopuszcza.
2	Czy Zamawiający dopuści wirówkę z prędkością maksymalną 14800rpm?	Tak, dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert na dzień 4 listopada 2016 roku. Godzina i miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Dział Zamówień Publicznych
SPECJALISTA
mgr Joanna Cierpisz