Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 10.11.2016r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-174/16/WW na dostawę tensjometru dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.

1. A. Pytania Wykonawców:

1. Zwracamy się z prośbą o wskazanie jakie typy próbek będą testowane oraz jakie będą ich rzeczywiste rozmiary.
   Grubość próbek w tego typu badaniach typowo mieści się w obrębie kilku centymetrów.
   Czy Zamawiający dopuści dostawę tensjometru z maksymalnym rozmiarem próbki 330 mm × ∞ × 70 mm (W × D × H)?

B. Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza dostawę tensjometru z maksymalnym rozmiarem próbki 330 mm × ∞ × 70 mm (W × D × H)?

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji Przetargowej