



50-lecie
Uniwersytetu
Gdańskiego

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Gdańskiego

Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr A120-211-174/19/PJ

Gdańsk, dnia 24.02.2020 r.

L.dz. J710-933/2020/PJ

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr A120-211-174/19/PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej wraz z akcesoriami dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 06.02.2020 r., Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania
1.	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 82 L ?
	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza.
2.	Treść pytania Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z izolacją z pianki poliuretanowej o grubości 120 mm ?
	Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuści zamrażarkę z izolacją z pianki poliuretanowej o grubości 120 mm, przy spełnianiu wszystkich parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SIWZ).

Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 10.03.2020 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 r. o godz. 12:30.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA
d. zamówień publicznych
mgr Paulina Jędrzejczyk